AED
自動体外式除細動器
Automated External Defibrillator

小型自動体外式除細動器
AED-M100シリーズ

商品コード：AED-M100



made in Japan

ガイドライン2020対応

日本語 English BILINGUAL

携帯性と操作性を追求、さらに使いやすく

- 必要な機能はそのままに、体積を76%、重量を56%減※1
- 音声ガイドで操作の確認が可能
- 電源ONと同時に動作音（100回/分）がスタートし、CPRの質※2の向上をサポート
- 電極パッドの使用期限や導通確認を含めたセルフテスト
- −5℃の環境でも操作が可能、IP55に準拠した防塵性および防水性も装備
- 日本語と英語のバイリンガルに対応可能※3



※1 当社従来品（AED-3100）比
※2 リズム、深さ、リコイル、NFF（The no-flow-fraction）が重要な指標といわれています
※3 詳しくはお問合せください

エレクトロニクスで病魔に挑戦
NIHON KOHDEN

あなたに勇気を届けたい

～救命率向上のために、私たちは努力を続けています～

AED-M100



■ 規 格

電極パッド	使い捨てパッド P-740シリーズ P-749
出 力	切取型指数関数 － 定電力二相性波形
エネルギ出力 (50Ω時)	漸増式　1回目:150J　2回目:200J　3回目:200J
音声ガイド	日本語、日本語／英語 バイリンガル
メモリ	救助データ: 3件90分(1件あたり最大30分)の心電図波形とイベント情報 セルフテスト履歴: 毎日のセルフテスト31件、毎月のセルフテスト12件、 その他のセルフテスト50件
バッテリ	バッテリパック SB-M10V 二酸化マンガンリチウム一次電池(充電不可) 容量:70回以上の除細動ショック、または3時間以上の動作 (新品のバッテリ、20℃のとき) ※待機寿命は、設置環境や使用状況によって短くなります。
無線通信	Bluetooth®、無線LAN
振 動	IEC 60601-1-11:2015
衝 撃	IEC 60068-2-27:2008　衝撃ピーク値 50G IEC 60601-1-11:2015
落 下	MIL-STD-810G w/Change 1(2014)516.7 SHOCK ProcedureⅣ Transit Drop 1.22m(キャリングケースに入った状態で満たす)
外装保護	IP55 装置の正常な動作に支障をきたしたり、安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入せず、いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。
寸法・質量	幅199×高さ40×奥行148mm 約1.0kg(バッテリパック、使い捨てパッドを含む)

※本製品は、レンタル専用機です。

■ 付属品

- キャリングケース YC-M10V
- ショルダーベルト

■ 消耗品

- 使い捨てパッド P-740シリーズ P-749
  製造販売届出番号:13B1X00206000345

忘れないで日常点検！

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、管理者も設置し、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検する事が重要です。製造販売業者または販売業者が、設置者の保守管理をサポートする独自のサービスをご用意しております。お客様のご都合に合わせて、これらを利用し、いつでもAEDが使える状態にしておいてください。



チェックカード

AEDリモート監視システム ARM-1000

AED Linkage は AED の状態を集中管理するシステムです。

AED Linkage

- Web上で AED本体の状態、電極パッドの使用期限、バッテリの残量等を確認できます。
- AEDにトラブルがあった場合や電極パッドやバッテリの使用期限前に、ご登録いただいたメールアドレスに情報をお届けします。

「耐用期間」を過ぎたAEDは、できる限り速やかな更新をお勧めします。

〈医療機器「耐用期間」の定義〉

医療機器が適正な使用環境と維持管理の基に、適切な取り扱いで本来の用途に使用された場合、その医療機器が設計仕様書に記された機能及び性能を維持し、使用することができる標準的な使用期限を医療機器の「耐用期間」と定義する。

(社)電子情報技術産業協会
ヘルスケアインダストリ事業委員会
2009年5月21日改訂　医療機器「耐用期間」の自主基準(改訂版)より

★ AED保守受付センタ　**0120-233-821**
★ AED専用ホームページ　AEDライフ
https://www.aed-life.com/

- 添付文書を必ずお読みください。
- 電極パッドは使い捨てです。再使用できません。
- AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時（高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る）、廃棄時には、日本光電またはAEDを購入された販売店にご連絡ください。

販売名:小型自動体外式除細動器 AED-M100シリーズ
商品コード:AED-M100

医療機器承認番号	30100BZX00172000

クラス分類:高度管理医療機器、　特定保守管理医療機器

※Bluetooth®はBluetooth SIG. inc.の登録商標です。
顔写真は本人の同意を得て使用しています。
都合により外観・仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

製造販売
日本光電
日本光電工業株式会社　東京都新宿区西落合 1-31-4　〒161-8560
03-5996-8000(代表)　Fax 03-5996-8091
https://www.nihonkohden.co.jp/

広告管理番号：NKC0B010-221077　CAT.NO.69-0018A　'23.3.CLB.B.　10647